




Nom du produit	Laboratoire	Type de lentilles	Composition	Mode d'emploi	N° AMM ou CE	Conditionnement
LENS PLUS® OcuPure™ 	AMO	LS / LR	- NaCl 0,85 % - Ocupure 0,005 %	Rinçage après les différentes étapes de l'entretien et avant la pose. Dissolution de comprimés de déprotéinisation	CE 0050	Flacon de 360 ml
POLYRINSE™ 	ALCON	LS / LR	- NaCl 0,9 % - Sans conservateur	Rinçage après les différentes étapes de l'entretien ou avant la pose. Décontamination thermique des lentilles de contact souples avec un dispositif de chauffage.	CE 0123	Boîte de 30 unidoses 15 ml
SOFT WEAR SALINE PLUS 	CIBA VISION	LS / LR	- Poloxamer 0,02 % - NaCl - Tampon A.B.S.	Nettoyage des lentilles à la dépose. Rinçage des lentilles avant/après chaque étape de l'entretien. Conservation des lentilles jusqu'à 30 jours.	CE 0086	Flacon de 360 ml